Kontrollen von invicon

IMMUNOASSAY

Seronorm™ Immunoassay Liq Low

Flüssige, serumbasierte Immunoassay-Kontrolle im niedrigen Messbereich

- Niedrige klinisch relevante Konzentrationen:
  sichere Diagnostik auch im niedrigen Messbereich, konform ISO 17025
- Optimale Ergänzung zur
  Seronorm™ Immunoassay Liq in drei Leveln
- Hohe Stabilität während der gesamten Prozessierung:
  präzise Werte bis zur letzten Messung
- Zielwerte für:
  Abbott Alinity / Architect, Agilent UHPLC, Beckman Coulter Access / Dxl
  Roche cobas, Siemens Centaur / Atellica / Immulite / BN ProSpec

Analyte

17-OH-Progesteron	IgE	TBG
Aldosteron	IgF-BP3	TSH
Androstendion	PSA, total	Vitamin B12
Cortisol	T4, frei	25-OH-Vitamin D, total
Ferritin	Testosterone	25-OH-Vitamin D3

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:
Ungeöffnet: bei ≤ -20 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum
Nach Öffnen: 1 Monat bei ≤ -20 °C, 10 Tage bei 2...8 °C

invicon REF 110328	Seronorm™ Immunoassay Liq Low	12 x 3 ml

zusätzlich erhältlich:

invicon REF 110325	Seronorm™ Immunoassay Liq L-1	12 x 3 ml
invicon REF 110326	Seronorm™ Immunoassay Liq L-2	12 x 3 ml
invicon REF 110327	Seronorm™ Immunoassay Liq L-3	12 x 3 ml

FL 110328.2023-11

invicon diagnostic concepts GmbH

invicon diagnostic concepts GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München
Telefon: 089/319 047 0, info@invicon.de, www.invicon.de