Kontrollen von invicon

PROTEINDIAGNOSTIK

invitrol® CRP

Flüssige, serumbasierte Qualitätskontrolle mit CRP-Zielwerten im hoch-sensitiven sowie im oberen Messbereich

- Hoch-sensitive CRP Kontrolle:
  verlässliche Überwachung Ihrer Messungen durch zwei niedrige Level
- Abdeckung des gesamten Messspektrums:
  zusätzliches Level im oberen Messbereich
- Auch nach dem Öffnen bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendbar
- Zielwerte für: Abbott Alinity, Beckman AU, Roche cobas c, Siemens Advia

  Ihr Gerät ist noch nicht dabei?
  Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Wertelage

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2	CRP high
CRP	mg/l	0,5	2,0	200

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch! service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:
Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum
Nach Öffnen: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

invicon REF 110141	invitrol® CRP sensitiv L-1	6 x 1 ml
invicon REF 110142	invitrol® CRP sensitiv L-2	6 x 1 ml
invicon REF 110145	invitrol® CRP high	6 x 1 ml

FI 110141.2024-02

invicon diagnostic concepts GmbH

invicon diagnostic concepts GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München
Telefon: 089/319 047 0, info@invicon.de, www.invicon.de