Kontrollen von invicon

URINDIAGNOSTIK

Seronorm™ Urine

Flüssige, urinbasierte Multianalyt-Kontrolle mit mehr als 15 Analyten zur Überwachung von urinchemischen Testverfahren

- Optimierte Analytkonzentration:
  Stabile und sichere Messung (z.B. von Gesamtprotein, Cortisol und Kalium)
- Lange Haltbarkeit:
  auch nach dem Öffnen im Kühlschrank 31 Tage haltbar
- Zwei einzeln verfügbare Konzentrationsbereiche: wie von der Rili-BÄK gefordert
- Zielwerte für: Abbott Architect/Alinity, Beckman AU/DxC 700 AU, Roche cobas c, Siemens Advia/Atellica

  Ihr Gerät ist noch nicht dabei?
  Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung/Wertelage

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
Amylase	U/l	50	200
Calcium	mmol/l	2,0	3,0
Chlorid	mmol/l	70	200
Cortisol	µg/dl	5	20
Creatinin	mg/dl	70	150
Glucose	mg/dl	25	300

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
Harnsäure	mg/dl	5	12
Harnstoff	mg/dl	800	1800
HCG		negativ	positiv
Kalium	mmol/l	25	65
Magnesium	mmol/l	2	5

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
Microalbumin	mg/l	15	60
Natrium	mmol/l	70	170
Osmolalität	mosmol/kg	340	800
Phosphor	mmol/l	7	15
Total Protein	mg/dl	25	80

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch! service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:
Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum
Nach Öffnen: 31 Tage bei 2...8 °C

invicon REF 110215	Seronorm™ Urine L-1	10 x 8 ml
invicon REF 110216	Seronorm™ Urine L-2	10 x 8 ml

FI 110215.2023-05

invicon diagnostic concepts GmbH

invicon diagnostic concepts GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München
Telefon: 089/319 047 0, info@invicon.de, www.invicon.de